

ХАТТАМА №53  
«16» қазан 2020 ж.  
9:00 сағат

ПРОТОКОЛ №53  
«16» октября 2020 г.  
9:00 часов

Қостанай қаласы

город Костанай

**Заседания комиссии по подведению итогов  
закупки медицинских изделий, требующих  
сервисного обслуживания способом проведения тендера**

Тендерная комиссия в составе

Шуменбаев С.К. председатель тендерной комиссии, и.о. главного врача;

Нелина О.А. заместитель председателя тендерной комиссии, заместитель главного  
врача по лечебной работе;

Рыспаева А.А. член тендерной комиссии, главная медсестра;

Секретарь тендерной комиссии:

Майлебаев А.Б. бухгалтер по государственным закупкам;

в соответствии с п.50, 86 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее -*Правила*) провели заседание и подвели итоги тендера по закупке медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.

1. Наименование и краткое описание закупаемых товаров. Выделенная сумма для закупа:

№ лота	Международное непатентованное наименование	Объем закупа	Выделенная сумма для закупа, тенге
1	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном	10	900000
<b>ИТОГО:</b>			<b>900000</b>

2. Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: [2]

№ п/п	Наименование и местонахождение потенциального поставщика	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «ЛабТехМед СКО», БИН 170840033484, Республика Казахстан, 150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Н.Назарбаева, 286-1, Фактический адрес: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 174, каб.27	10 часов 35 минут 06 октября 2020 года
2	ТОО «КазахМедИмпорт», БИН 140640012746, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Карима Сутюшева, здание 15Б	15 часов 00 минут 07 октября 2020 года

3. Цены и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:

Наименование поставщика	Заявленное наименование товара	Цена за единицу	Общая сумма поставщика
ТОО «ЛабТехМед СКО»	Облучатель бактерицидный щелевой модель: ОБН-150Т (IP20), Беларусь, ЗАО Ультрамедтех, РК-МТ-5№019773	85000	850000

*Секретарь тендерной комиссии*



ТОО «КазахМедИмпорт»	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном ОБН 150-РЭ, Казахстан, ТОО «КазахМедИмпорт», РК-МТ-5№016989	89900	899000
----------------------	--	-------	--------

4. Оценка и сопоставление тендерных заявок:

№ п/п	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
<b>1</b>	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛабТехМед СКО»</b>		
	Шуменбаев С.К.	Отклонен	<p>Потенциальный поставщик не представил копию разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с <u>Законом</u> Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов.</p> <p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации заказчика в отсутствии информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ультрафиолетовое (УФ) излучение длиной волны 253,7 нм;</li> <li>2) об уровне излучения ультрафиолета в жилой зоне не превышающем 0,2 мкВт/см<sup>2</sup>, а в зоне обеззараживания (т.е. в верхней части помещения на расстоянии одного метра от облучателя) сохраняется в пределах 100-300 мкВт/см<sup>2</sup>;</li> <li>3) о суммарном бактерицидном потоке ламп: не менее 9 и не более 12 Вт;</li> <li>4) об облученности на расстоянии 1м: 1,12/1,25 Вт/м<sup>2</sup>;</li> <li>5) о напряжении электропитания: 220±22 В;</li> <li>6) о потребляемой мощности не более 200 ВА;</li> </ol> <p>На основании пп.12) п.81 Правил, а также пп.12) п.34 Тендерной документации заявка потенциального поставщика отклоняется.</p> <p>Заявка потенциального не соответствует квалификационным требованиям пп.2) п. 13 Правил по причине отсутствия документа, подтверждающего правоспособность на осуществление деятельности по оптовой реализации медицинских изделий.</p> <p>На основании пп.5) п. 81 Правил, а также пп.5) п.34 Тендерной документации заявка потенциального поставщика отклоняется.</p> <p>На основании пп.28) п.81 Правил, а также пп.27) п.34 Тендерной документации, а именно установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу (решение суда №7119-19-00-2/15009 от 20 декабря 2019 года, №7119-20-00-2/4841 от 22 июня 2020 года) заявка потенциального поставщика отклоняется.</p>
	Нелина О.А.	Отклонен	
	Рыспаева А.А.	Отклонен	
<b>2</b>	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью «КазахМедИмпорт»</b>		
	Шуменбаев С.К.	Допущен	
	Нелина О.А.	Допущен	
	Рыспаева А.А.	Допущен	

5. По результатам рассмотрения конвертов с тендерными заявками, представленных потенциальными поставщиками, в соответствии с Правилами тендерная комиссия **РЕШИЛА:**

1) признать закупку облучателей ультрафиолетовых бактерицидных с регулируемым экраном состоявшейся.

*Олег Д. Миде*



2) в соответствии с п.25 Правил определить победителем тендера потенциального поставщика ТОО «КазахМедИмпорт», БИН 140640012746, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Карима Сутюшева, здание 15Б. Торговое наименование товара: Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном ОБН 150-РЭ, РК-МТ-5№016989.

6. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

7. Информация о привлечении экспертной комиссии: - экспертная комиссия не привлекалась.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» – 2 голоса.

Решение и подпись заместителя председателя тендерной комиссии Нелиной О.А. отсутствует по причине нахождения в очередном трудовом отпуске (приказ №771-К от «25» сентября 2020 года «Об отпуске Нелиной О.А.»).

Председатель тендерной комиссии:

Шуменбаев С.К.

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Нелина О.А.

Члены тендерной комиссии:

Рыспаева А.А.

Секретарь тендерной комиссии:

Майлебаев А.Б.

2. Таблица оценки заявок, соответствующих условиям участия в тендере, с указанием количества заявок, соответствующих условиям участия в тендере, и количества заявок, не соответствующих условиям участия в тендере.

2. Таблица оценки заявок, соответствующих условиям участия в тендере, с указанием количества заявок, соответствующих условиям участия в тендере, и количества заявок, не соответствующих условиям участия в тендере.

№ заявки	Наименование поставщика	Наименование товара	Цена за единицу	Итого
1	ТОО «КазахМедИмпорт»	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном ОБН 150-РЭ, РК-МТ-5№016989	25000	25000

3. Цена в сумме указана каждой тендерной комиссией в соответствии с тендерной документацией.